

自動体外式除細動器仕様書

1 AED 1 式あたりの構成

- ① AED 本体（メーカー純正キャリングバッグを含む）
日本光電工業株式会社 AED-3100
- ② 成人／小児両用電極パッド × 4（8 年分定期消耗品を含む）
- ③ バッテリーパック × 2（8 年分定期消耗品を含む）
- ④ レスキューキット × 1
（タオル・ハサミ・蘇生用マウスピース・剃刀・ペーパータオル・手袋）
- ⑤ リモート監視システム（遠隔監視システム） × 1

2 機能・性能

- ① 本体の蓋を開けると電源が入り、ボタンは電気ショック時のみで操作性が簡易であること
- ② 電極パッドは本体に接続された状態で本体内に保管されていること
- ③ 成人／小児モードを切換えることができる切換スイッチが AED 本体に標準装備されていること
- ④ 毎日、AED 本体・電極パッド・バッテリーについてセルフテストを行い、AED の使用可否についてインジケータなどで目視にて確認できること
- ⑤ セルフテストにて AED 本体が電極パッドの期限を読み込み、期限切れの際にはインジケータ及びアラームにて知らせること
- ⑥ バッテリー残量を 5 段階で表示し、目視が可能であること
- ⑦ 除細動出力エネルギーは 1 回目より 2 回目以降のエネルギーを大きくするエスカレーション方式であること
- ⑧ スタンバイ（待機）時の温度条件は、 -5°C ～ 50°C であること
- ⑨ AED 本体の防塵・防水の外装保護は、IP66 であること
- ⑩ 救命時の保存データは複数件のデータ保存が可能であり、かつ心電図波形データを 1 件あたり 30 分以上保存でき、抽出も県内で出来ること
- ⑪ リモート監視システムにより AED の状態を集中管理し、エラー発生時や消耗品期限が近くなった際にはメールにて知らせる機能を有すること
- ⑫ 保証期間・耐用期間・リモート監視期間は 8 年以上であること
- ⑬ 国内で製造されており、故障時の対応も国内で行えること

3 消耗品交換

- ① 現地で消耗品交換を行い、その際に点検まで行うこと